


## どのように実施するの？ 技術の具体的な手順 気管内加湿の方法



- 患者にネブライザー実施の説明と同意を得る。
- 必要物品を準備する。

〔超音波ネブライザー、マウスピース、指示された吸入液、作用水槽の水、薬液吸引用注射器、タオル、ガーグルベースン〕

- 作用水槽に蒸留水(水道水)を水位線まで入れる。
- 薬液カップに指示された薬液を入れる。
- 横隔膜を下げて全肺気量を大きくするために、患者を座位、あるいは半座位とする。
- 寝衣が濡れるのを防ぐため襟元にタオルをかける。



- ネブライザーの電源を入れ、吸入時間を設定する。エアゾルが適切に噴霧されているか確認する。
- 患者に腹式呼吸を促す。

- ネブライザー施行中は、吸入が適切に行われているか、及び呼吸状態や全身状態を観察する。
- ネブライザー実施後は含嗽を促す。
- 呼吸状態を確認する。